



**FTM-009x**

## Diagnostikanschussbox und Funkbox


Original-Betriebsanleitung

## Gerät kennenlernen

---


### Wofür gilt diese Betriebsanleitung?

Diese Betriebsanleitung gilt für folgende Geräte, die sich im Funktionsumfang oder in Ausstattungsmerkmalen unterscheiden:



#### Diagnostikanschussbox

- |          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| FTM-0091 | Ohne galvanische Trennung           |
| FTM-0090 | Mit doppelter galvanischer Trennung |



#### FTM-0093 Funkbox

Stellen Sie sicher, dass diese Betriebsanleitung zu Ihrem Gerät gehört. Diese Betriebsanleitung gilt nicht für andere Geräte, auch wenn diese ähnlich aussehen oder scheinbar baugleich sind.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät wird in Rufanlagen eingesetzt, z. B. in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und betreuten Wohnanlagen. Es ist für folgende Verwendung bestimmt:

#### Diagnostikanschussbox

- Fremdgerät kabelgebunden an das Rufsystem anschließen
- Alarmausgang des Fremdgeräts zur Rufauslösung nutzen

#### Funkbox

- Drahtlose Funkgeber in das Rufsystem einbinden
- Funksignal zur Rufauslösung nutzen

## Bestimmungswidrige Verwendung


Jede abweichende Verwendung ist bestimmungswidrig und kann zu Fehlfunktionen und zu Schäden an diesem und an angeschlossenen Geräten führen.

Als bestimmungswidrige Verwendung gilt auch die Missachtung dieser Betriebsanleitung.

## Anordnung des Geräts im Rufsystem

### Diagnostikanschlussbox


Das Gerät wird an ein Rufmodul mit Magnetsteckkontakt angeschlossen. Dort ermöglicht es den Anschluss eines Fremdgeräts.



- 1 Systembus
- 2 Zimmerbus
- 3 Rufmodul mit Magnetsteckkontakt
- 4 Diagnostikanschlussbox
- 5 Fremdgerät mit Alarmausgang

### Funkbox

Das Gerät wird an ein Rufmodul mit Magnetsteckkontakt angeschlossen. Dort ermöglicht es den Empfang von Funkgebern.



- 1 Systembus
  - 2 Zimmerbus
  - 3 Rufmodul mit Magnetsteckkontakt
  - 4 Funkbox
- Funkteilnehmer, zum Beispiel:
- 5 Rauchwarnmelder
  - 6 Funkfinger

## Funktionen

### Gemeinsamkeiten

- Anschluss an jedes Rufmodul mit multifunktionalem Magnetsteckkontakt (MSK)
- Meldung von Klartextnamen und Zimmernummer
- Handauslöser können zusätzlich über integrierten Magnetsteckkontakt (MSK) abgeschlossen werden
- Das Entfernen der Box wird automatisch erkannt und als Störung gemeldet
- Quittierung der Rufe über Anwesenheits-/Abstelltaster im Zimmer
- Betrieb als „verteiltes Informationssystem“ gemäß DIN VDE 0834 2016:06
- Kein Betrieb als „verteiltes Alarmsystem“ gemäß DIN VDE 0834 2016:06 bzw. DIN EN 60501-1-8 möglich

### Besonderheit bei Diagnostikanschlussbox

- Anschluss von Fremdgeräten über potentialfreien Kontakt

### Besonderheit bei Funkbox

- Registrierung und Empfang eines Funkteilnehmers

## Merkmale

### Gemeinsamkeiten

- Plug & Play
- Eigene Intelligenz und selbstständige Erkennung der Zimmernummer
- Abzugserkennung

### Besonderheiten bei Diagnostikanschlussbox


- Öffner oder Schließer programmierbar
- 3 Diagnostikanschlussboxen kombinierbar
- Optional mit doppelter galvanischer Trennung nach DIN VDE 0834 2016:06 (2 x MOPP)

### Besonderheit bei Funkbox

- Integrierter Funkempfänger

## Anschlüsse

Das Gerät hat folgende Anschlüsse:



### Für Bedienpersonal:

- 1 Magnetsteckkontakt zum Anschluss an das Rufmodul
  - 2 Magnetsteckkontakt zum Anschluss eines Handauslösers
- Nur bei Diagnostikanschlussbox:
- 3 Eingangsbuchse für den Alarmausgang eines Fremdgeräts

## Technische Daten

Physikalische Daten	
Abmessungen (B x H x T)	85 x 60 x 20 mm
Gewicht	Diagnostikanschlussbox: 71,8 g
	Funkbox: 72,0 g
Farbe	Reinweiß, ähnlich RAL9010

Elektrische Daten	
Betriebsspannung $U_N$	10 V DC +15 % / -25 % (Zimmerbus)
Empfangsfrequenz (Funkbox)	868,3 Mhz
Stromaufnahme bei $U_N$	Ruhe: max. 0,3 mA
	Betrieb: max. 0,3 mA
Schutzart	IP20 (nur für den Einsatz in trockenen Innenräumen)

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	Im Betrieb: 0...+40 °C
	Bei Lagerung: 0...+50 °C
Luftfeuchte	Im Betrieb: 10...90 %, nicht kondensierend
	Bei Lagerung: 5...95 %, nicht kondensierend

### Besondere Hinweise



Das Gerät darf in explosionsgefährdeten Bereichen nicht eingesetzt werden.



Geräte mit Funkempfang können Rufe aus abgeschirmten Räumen nicht empfangen (z. B. Röntgenräume).

### CE-Konformität



Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.  
Kontaktaten siehe „Impressum“, letzte Seite.

### Normative Hinweise

- Planung, Prüfung und Inbetriebnahme der Rufanlage sowie die Bescheinigung der Funktionstüchtigkeit müssen von einem „Fachplaner für Rufanlagen“ gemäß DIN VDE 0834 durchgeführt werden.
- Die elektrische Sicherheit der Rufanlage ist durch Systemtrennung gemäß DIN EN 60601-1 (2 x MOPP) gewährleistet.
- Bei diesem Gerät handelt es sich nicht um ein Medizinprodukt im Sinn der Richtlinie 93/42/EWG.

# Betriebsanleitung nutzen

## Erst lesen!



Machen Sie diese Betriebsanleitung für alle zugänglich, die mit dem Gerät umgehen. Lesen Sie diese Betriebsanleitung vollständig durch. Bei Fragen zum Umgang mit dem Gerät: Wenden Sie sich an den Hersteller. Siehe „Impressum“, letzte Seite.






## Ziffern und Symbole deuten

Die Ziffern und Symbole in dieser Betriebsanleitung haben folgende Bedeutung:

- 1, 2, 3... Anleitung zum schrittweisen Vorgehen
- ✓ Ergebnis der bisherigen Schritte
- Weiter mit der nächsten Aufgabe

## Signalwörter in Sicherheits- und Warnhinweisen deuten

Achten Sie auf Signalwörter, die vor Gefahren warnen. Befolgen Sie die Anweisungen zur Gefahrenabwehr und Risikovermeidung.

Signalwort	Bedeutung
 <b>GEFAHR</b>	Warnt vor unmittelbar drohender Lebensgefahr oder vor Gefahr schwerster Verletzungen.
 <b>WARNUNG</b>	Warnt vor möglicherweise drohender Lebensgefahr oder vor Gefahr schwerster Verletzungen.
 <b>VORSICHT</b>	Warnt vor möglicherweise drohender Gefahr leichter oder geringfügiger Verletzungen.
 <b>ACHTUNG</b>	Warnt vor möglichen Sachschäden.
 <b>HINWEIS</b>	Kennzeichnet zusätzliche Informationen.

# Anleitung für technisches Personal

---

## Planung und Ausführung




Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn mit allen grundlegenden Anforderungen an Planung und Ausführung des Rufsystems vertraut. Der Hersteller stellt Ihnen dafür detaillierte Unterlagen zur Verfügung. Kontaktdaten siehe „Impressum“, letzte Seite.

## Lieferumfang prüfen

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschaffenheit. Bei Fehlteilen oder Beschädigungen: Schließen Sie das Gerät nicht an und nehmen Sie es nicht in Betrieb! Reklamieren Sie beim Lieferanten.

Der Lieferumfang besteht aus:



- 1 Diagnostikanschlussbox bzw. Funkbox
- 2 Diese Betriebsanleitung (per E-Mail oder Download)

## Was tun mit der Verpackung?

Nutzen Sie die Verpackung, um das Gerät bis zum Gebrauch oder bei Unterbrechung des Gebrauchs zu lagern. Wenn die Verpackung nicht mehr gebraucht wird:




Entsorgen Sie die Verpackung nach regionaler Vorschrift.  
Entsorgen Sie die Verpackung nicht in den Hausmüll!

## Personalqualifikation sicherstellen


Stellen Sie sicher, dass alle Anschlussarbeiten von einer geschulten Elektro-Fachkraft ausgeführt werden.

## Galvanische Trennung sicherstellen



**⚠ GEFAHR** Die Diagnostikanschlussbox FTM-0091 verfügt über keine galvanische Trennung. Sorgen Sie auf Seiten des externen Geräts für ausreichenden Schutz (2 x MOPP nach DIN VDE 0834 2016:06 und DIN EN 60601).

## Anschlusskabel für Fremdgeräte konfektionieren




Konfektionieren Sie das Anschlusskabel für den Schaltkontakt des Fremdgeräts.

Steckertyp: RJ 10

Pinbelegung gemäß Abbildung.

## Warnhinweis anbringen



Bringen Sie am Anschlusskabel eine dauerhafte Kabelfahne mit folgendem Warnhinweis an:

### Warnhinweis nach DIN EN 60601-1-8:

Bei der Zusammenschaltung von medizinisch-elektrischen Geräten (ME-Geräten) mit der Rufanlage über die Diagnoseanschlussbox handelt es sich um ein „verteiltes Informationssystem“, das als nicht sicher und verlässlich zu betrachten ist. Die Weiterleitung von Alarmen ist nur zur ergänzenden Unterstützung zulässig – also nur zur Information.

Das verantwortliche (Pflege-)Personal kann sich daher nicht ausschließlich auf das „verteilte Informationssystem“ verlassen. Es muss die Vorschriften zur Aufsichtspflicht des angeschlossenen ME-Gerätes weiterhin beachten und sich immer in der akustischen und optischen Reichweite des ME-Gerätes aufhalten.



## Inbetriebnahme-Voraussetzungen prüfen

Das Gerät darf erst in Betrieb genommen werden, wenn alle Inbetriebnahme-Voraussetzungen erfüllt sind. Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Das Gerät ist mit dem Rufsystem verbunden.
- Das Rufsystem ist aktiv.

## Gerät initialisieren, programmieren und in Betrieb nehmen

Benachrichtigen Sie den System-Administrator, damit er das Gerät initialisiert, programmiert und in Betrieb nimmt. Die Anleitung dazu kann beim Hersteller angefordert werden. Siehe „Impressum“, letzte Seite.

## Gerät warten und instand halten

Stellen Sie sicher, dass dieses Gerät und die gesamte Rufanlage jederzeit betriebs sicher sind. Befolgen Sie dazu das Regelwerk DIN VDE 0834-1:2016-06 (11.2 bis 11.4).

## Gerät reparieren




**WARNUNG**

**Das Gerät erfüllt sicherheitsrelevante Aufgaben.  
Bei unsachgemäßer Reparatur besteht die Gefahr von Fehlfunktion.  
Lassen Sie Reparaturen nur vom Hersteller ausführen.**

# Anleitung für Bedienpersonal


## Diagnostikanschlussbox bzw. Funkbox anschließen



Führen Sie den Stecker der Box an den Magnetsteckkontakt des Rufmoduls heran.

- ✓ Der Stecker wird magnetisch angezogen und rastet ein.
- ✓ Der Kontakt ist hergestellt.
- ✓ Das Rufsystem erkennt die Box.
- ✓ Die Box ist betriebsbereit.

## Fremdgerät anschließen




Nur bei Diagnostikanschlussbox:

Schließen Sie das Anschlusskabel des Fremdgeräts an die Eingangsbuchse der Box an.

- ✓ Das Fremdgerät ist mit dem Rufsystem verbunden.

## Diagnostikanschlussbox bzw. Funkbox kurzzeitig trennen

Praxisbeispiel: Sie wollen die Box und das Rufmodul reinigen und die Box danach wieder anschließen.



- 1** Winkeln Sie die Box nach unten ab und nehmen Sie sie weg.
  - ✓ Die Box ist getrennt.
  - ✓ Das Rufsystem erkennt die Trennung.
- 2** Innerhalb von 15 Sekunden: Schließen Sie die Box wieder an. <sup>\*)</sup>
  - ✓ Das Rufsystem erkennt die Box.
  - ✓ Die Box ist wieder betriebsbereit.

<sup>\*)</sup> Wenn Sie diese Zeit überschreiten, löst das Rufsystem einen Ruf „Steckerwurf“ aus. Siehe „Zeitüberschreitung bei kurzzeitiger Trennung“, Seite 11.

## Zeitüberschreitung bei kurzzeitiger Trennung

Praxisbeispiel: Sie haben versäumt, die getrennte Box innerhalb von 15 Sekunden wieder anzuschließen.

Folge: Das Rufsystem löst einen Ruf „Steckerwurf“ aus.



So erkennen Sie den Ruf „Steckerwurf“:


- ✓ Der rote Ruftaster leuchtet.
- ➔ Ausgelösten Ruf „Steckerwurf“ löschen

Hinweis: Der Ruf „Steckerwurf“ hat den ursprünglichen Zweck, dem Personal ein Trennen der Box durch Patienten bzw. Bewohner zu melden.

## Ausgelösten Ruf „Steckerwurf“ löschen

Praxisbeispiele:

- Sie haben bei kurzzeitiger Trennung zu lange gezögert und wollen den ausgelösten Ruf „Steckerwurf“ wieder löschen.
- Ein Patient bzw. Bewohner hat die Box getrennt und dadurch den Ruf „Steckerwurf“ ausgelöst. Sie wollen die Box wieder anschließen und den Ruf löschen.





Schließen Sie die Box wieder an.

- ✓ Das Rufsystem erkennt die Box.
- ✓ Der Ruf „Steckerwurf“ ist gelöscht.
- ✓ Die Box ist wieder betriebsbereit.

## Diagnostikanschlussbox bzw. Funkbox dauerhaft trennen

Praxisbeispiel: Sie wollen die Box dauerhaft trennen, weil sie an diesem Rufmodul nicht mehr benötigt wird.



- 1 Trennen Sie die Box.
  - 2 Drücken Sie den grünen Anwesenheitstaster mindestens 5 Sekunden lang, bis ein Piepston zu hören ist.  
Bei fehlendem Anwesenheitstaster: Drücken Sie den Anwesenheitstaster an einem zugehörigen Rufmodul.
- ✓ Die Box ist vom Rufsystem abgemeldet.

# Anleitung für Hilfskräfte

---

## Gerät reinigen

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem nebelfeuchten, fusselreien Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven und keine scheuernden Reinigungsmittel.

## Gerät desinfizieren

Desinfizieren Sie die Oberflächen des Geräts mit einem handelsüblichen Flächendesinfektionsmittel nach dessen Anleitung.

### **ACHTUNG**

**Das Gerät enthält hitzeempfindliche Bauteile.  
Bei Hitzeeinwirkung besteht die Gefahr der Zerstörung.  
Sterilisieren Sie das Gerät nicht thermisch.**

## Gerät bei Nichtgebrauch lagern

Lagern Sie das Gerät zusammen mit dieser Betriebsanleitung in der Originalverpackung an einem geeigneten Lagerort, siehe „Technische Daten | Umgebungsbedingungen“.

## Gerät entsorgen



Nach Ablauf der Lebensdauer:

Lassen Sie das Gerät gemäß den regionalen Entsorgungsvorschriften fachgerecht recyceln.

Entsorgen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll!

# Impressum

---

### Angaben zum Hersteller

Cereda Systems GmbH	Telefon	+49 2351 929 66-0
Kerkhagen 33	E-Mail	info@cereda-systems.de
58513 Lüdenscheid	Internet	www.cereda-systems.de

### Angaben zu dieser Betriebsanleitung

Dateiname	FTM-009X_BA_03_F_DE.DOCX
Ausgabedatum	26.06.2024
Urheberrechtsschutz	© 2024 Cereda Systems GmbH Texte und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.