

SICHERHEIT

mehr als die Norm fordert

Nachts ruhig schlafen

Konformität zur DIN VDE 0834

- Module überwachen sich gegenseitig
- kein Rufanlagen-Server
- keine Zentrale, keine Gruppenzentralen
- Galvanische Trennung 2 x MOPP
- EMV geprüft nach Industriestandard

Sichere Schnittstellen

- zu Brandmeldeanlage und Alarmserver/DECT
- ESPA Schnittstellen direkt aus dem Systembus
- Kein Rufanlagen-Server notwendig

Vollständig digitales System

- Jedes Modul ist prozessorgestützt und überwacht
- Monitoring und Fernzugriff
- Update der Firmware, falls erforderlich